

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

DragonLAB MicroPette 50ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: AR04065

Mode/Programm/Modo/Funzione: P Volume/Volumen: 50.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 50.09 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.18 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.09 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2012-07-27 16:23:50
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 23°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Grace

CE ISO 9001:13485
CERTIFIED