

QUALITY CONTROL CERTIFICATE  
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT  
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ  
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD  
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

## DragonLAB MicroPette 10ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: AR05272

---

Mode/Programm/Modo/Funzione: P      Volume/Volumen: 10.00 ul  
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 10.00 ul  
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.02 %  
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.70 %

---

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2012-05-21 13:46:38

According to/Nach/Selon/Según/In base a: DIN 12650; 23°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Grace

CE ISO 9001/13485  
CERTIFIED

**DRAGONLAB**

www.dragon-lab.com

12600003