

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

DragonLAB MicroPette 500ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: AR09732

Mode/Programm/Modo/Funzione: P	Volume/Volumen: 500.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio:	501.14 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza.	0.23 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione.	0.11 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2012-07-27 15:16:26
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650, 24°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Anna

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED