

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

DragonLAB MicroPette 5ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: AR30526

Mode/Programm/Modo/Funzione: P	Volume/Volumen: 5.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio:	5.01 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza:	0.30 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione:	0.52 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2012-04-06 13:45:51

According to/Nach/Selon/Según/In base a: DIN 12650; 23°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Grace

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED