

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

DragonLAB MicroPette Plus 25ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: CQ04635

Mode/Programm/Modo/Funzione: P Volume/Volumen: 25.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 25.09 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.36 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.22 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2012-08-13 11:45:48
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 24°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Lily

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED