

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

DragonLAB MicroPette 8-channel 0.5~10ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: FP16843

Mode/Programm/Modo/Funzione: P1 Volume/Volumen: 5.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 4.93 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: -1.41 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 1.70 %
Mode/Programm/Modo/Funzione: P8 Volume/Volumen: 5.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 5.03 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.61 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.89 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2012-05-29 09:43:05

According to/Nach/Selon/Según/In base a: DIN 12650; 23°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Anna

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED

DRAGONLAB

www.dragon-lab.com

12600003