

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

DragonLAB MicroPette 200ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: FP31517

Mode/Programm/Modo/Funzione: P	Volume/Volumen: 200.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio:	199.86 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza:	-0.07 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione:	0.11 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2012-11-23 11:54:34
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 22°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Anna

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED

DRAGONLAB

www.dragon-lab.com

1260C003