

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

DragonLAB MicroPette 100ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: FQ15095

Mode/Programm/Modo/Funzione: P Volume/Volumen: 100.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 100.02 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.02 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.15 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2012-07-30 08:45:57
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 22°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Anna

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED