

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

DragonLAB MicroPette 5-50ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: YL3K034614

Mode/Programm/Modo/Funzione: P Volume/Volumen: 20.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 20.03 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.17 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.36 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2013-11-22 15:08:17
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 25°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: May

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED