

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

DragonLAB MicroPette 1000ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: YL4A046228

Mode/Programm/Modo/Funzione: P Volume/Volumen: 1000.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 999.54 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: -0.05 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.05 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2014-03-31 09:30:16
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 20°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Lucy

CE ISO 9001/13485
CERTIFIED