

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONTRÔLE QUALITÉ
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ

Pipettor 1000-5000ul

Serial Number/Serien-Nr/N° de série/Número de serie/Numero di Soric: YL6G183851

Mode/Programm/Modo/Funzione: P Volume/Volumen: 1000.00 ul
Mean/Mittelwert/Moyenne/Significado/Medio: 1004.41 ul
Inaccuracy/Unrichtigkeit/Erreur de justesse/Inexatitud/Inaccuratezza: 0.44 %
Imprecision/Unpräzision/Erreur de répétabilité/Imprecisión/Imprecisione: 0.24 %

Date/Datum/Date/Fecha/Data: 2016-08-02 14:26:34
According to/Nach/Selon/Según/In base a: ISO8655 DIN 12650; 25°C

Tested by/Prüfer/Testée par/Comprobado por/Testado da: Ken